

Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	Provozní deník přístroje	Úsek: LDMP
---	---------------------------------	------------

Název přístroje:	Třepačka laboratorní / Třepačka MS 2		
Výrobní číslo:	755/83 / 03059067	Umístění / číslo dveří:	A_Q 201530
Evidenční/pořadové číslo:	I015390 / D051407	Uvedení do provozu:	1987 / 2003
Servisní firma / technik:	Dispečink oprav FNO	telefon:	588 444 311
Odpovědná osoba:	Jaroslava Ševčíková		

Třepačka laboratorní je určena k protřepání připravovaných vzorků (organické kyseliny).
Funkčnost přístroje je dostatečná vznikne-li třepáním homogenní roztok .

Osoba odpovědná za provozování zařízení a uživatel, který je oprávněn se zařízením pracovat, provádí do provozního deníku záznamy o následujících skutečnostech a úkonech:

- záznam o seznámení uživatelů s obsluhou přístroje (jméno školitele, jeho podpis, datum školení, jména školených, jejich podpisy) (odpovídá odpovědná osoba),
- záznamy o poruchách, datum nahlášení poruchy komu a kým byla nahlášena (zapisuje uživatel).
- záznamy o uvolnění do provozu po servisním zásahu a validaci (záznam provozuschopnosti provede servisní technik nebo odpovědná osoba)
- interval validace: validace se neprovádí

Datum	Popis činností	Jméno a podpis
4.7.04	UVOLNĚNA DO PROVOZU	<i>Dispečink</i>

Záznam o seznámení s přístrojem

Zařízení smějí používat a pracovat s ním dále uvedení pracovníci, kteří svým podpisem stvrzují, že byli řádně zaškoleni a poučeni a mají teoretické i praktické znalosti v ovládnání zařízení.

Jméno, příjmení	Datum	Podpis	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
J. KUBIČKOVÁ	12. 9.	Kubičková			
J. NEVĚKOVÁ	12. 9. 07	Nevěková			
ADAM	12. 9. 07	Adam			
E. HANÁČKOVÁ	12. 9. 07	Hanáčková			
BEKÁREK	12. 9. 07	Bekárek			
MONIKA VYBOUBALOVÁ	2. 9. 08	Vyboubalová			
LEŤKA KATZOVÁ	4. 9. 07	Katzová			

Obsah školení:

- Postup práce s třepačkou, zjišťování nefunkčnosti přístroje, provádění záznamů do provozního deníku přístroje
- Čištění a údržba.

Školitel, jméno, příjmení:	Podpis	Datum školení:
Danil FLOREŠAN	Danil Florešan	12. 9. 2007