

VALIDAČNÍ PROTOKOL PŘÍSTROJE číslo.: PB-V305-2008

UŽIVATEL: FN Olomouc, TO, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
TYP PŘÍSTROJE: KX-21N
VÝROBNÍ ČÍSLO: A 5518
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: I022785-000
ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: Prim.MUDr. Galuszková
SERVISNÍ TECHNIK: Bém Petr
KONTROLNÍ MATERIÁL: Eightcheck-3WP Normal
DATUM TESTOVÁNÍ: 30.6.2008
POČET TESTŮ: ..
SW Verze: 00.7

VÝSLEDKY TESTU:

Test elektrických parametrů:

Název parametru	Požadovaná hodnota	Naměřená hodnota
HGB blank	2000±200	2022
WBC Clog	99±1	99
RBC Clog	101±1	101

Test pneumatických a hydraulických částí:

Název parametru	Požadovaná hodnota	Naměřená hodnota
Tlak 0,5 kg/cm ²	0,5 ± 0,07	0,50
Vakuum mmHg	250 ± 20	248

Test analýzy:

Parametr	WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT
Jednotka	10 ⁹ / l	10 ¹² / l	g/l		fl	pg	g/l	10 ⁹ / l
Požadovaná hodnota	6,9	4,36	130	0,351	80,5	29,8	370	209
Naměřená hodnota	7,2	4.37	132	3437	79.1	30.9	371	192
Dovolená tolerance %	7,0	4,0	3,0	7,5	5,0	5,5	7,0	15,0
Hodnocení	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Systemex CZ, s. r. o.
Dykova 2, 636 00 Brno, CZ
Tel.: +420 548 216 855
Fax: +420 548 216 343
E-mail: office@systemex.cz
Pobočka Praha:
Litovická 23, 161 00 Praha 6, CZ

Celkový výsledek:

Zkoušený přístroj splňuje /~~nesplňuje~~ požadovaná kritéria na standartní provoz.

Doporučené datum příští kontroly je do: 30.6.2009

V Brně..... dne: 04.07.2008

Servisní technik:



Systemex Česká republika, s.r.o.
Dykova 2, 636 00 Brno, CZ
Tel.: +420 548 216 855, fax: +420 548 216 343
IČ: 27752356, DIČ: CZ27752356



Odpovědný pracovník: