

Haemonetics CZ spol. s r. o.

Ptašinského 8
602 00 Brno

Zpráva o provedené praxi kontroly a údržby

Zařízení: Separátor krevních elementů

Typ: Haemonetics, PCS2

Sériové číslo: 95B008

Inventární označení: I 14141

Pracoviště: FN Olomouc
Transfuzní oddělení
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Česká Republika

Účel měření: kontrola stavu separátoru krevních elementů
po 6-ti měsících od předchozí kontroly

Zpráva ze dne: 3.11.2008

Příští kontrola: 3.5.2009

Závěr: Separátor krevních elementů
vyhovuje všem požadavkům a předpisům pro SVP.

Servisní technik: Ing. Ondřej Nebuchla Podpis:

HAEMONETICS®

HAEMONETICS CZ, spol. s r.o.
Ptašinského 8, 602 00 Brno

PCS2

Sériové číslo 95B008

Software

Používané protokoly	Verze SW	Sériové číslo karty	Vyhovuje
	G.1-EN		Ano