

Haemonetics CZ spol. s r. o.

Ptašinského 8
602 00 Brno

Zpráva o provedené praxi kontrole a údržbě

Zařízení: Sterilní svářečka
Typ: Haemonetics, TCD B40
Sériové číslo: 10289
Inventární označení:

Pracoviště: FN Olomouc
Transfuzní oddělení
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Česká Republika

Účel měření: kontrola stavu sterilní svářečky
po 6-ti měsících od předchozí kontroly

Zpráva ze dne: 3.11.2008

Příští kontrola: 3.5.2009

Závěr: Sterilní svářečka
vyhovuje všem požadavkům a předpisům pro SVP.

Servisní technik: Ing. Ondřej Nebuchla Podpis: _____

HAEMONETICS®
HAEMONETICS CZ, spol. s r.o.
Ptašinského 8, 602 00 Brno

Zpracováno, měřeno, převedeno a vyhodnoceno pracovníkem Ing. R. Vymětalová 4.11.08

