

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EUREX MEDICA, spol. s r.o., Místecká 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO : 47681331

na výrobek :

centrifuga

typ : **ID - Centrifuga - 12 S**

výrobce :

DiaMed AG, CH-1785 Cressier Sur Morat, Švýcarsko

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12, odst. 4 písm. a)
Zákona č. 22/1997 Sb.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost že výrobek splňuje základní
požadavky následujících Nařízení vlády :

č. 168 , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

č. 169 , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

č. 170 , kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

aplikované normy :

ČSN EN 61 010-1:1995 + A2:1997

ČSN EN 61 010-2-010:1996 + A1:1997

ČSN 33 4200 :1981

ČSN EN 50 081-1

ČSN EN 50 082-1

a je za podmínek obvyklého a určeného používání bezpečný. Přijali jsme opa-
tření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s tech-
nickou dokumentací a se základními požadavky.

V Ostravě dne 1. 1. 1998

Marián Černý

Černý
jedenatel