



Kalibrační list

list 1/1

Datum kalibrace: 6.1.2009

Kalibraci provedl : Filip

Měřidlo: teploměr
evidenční čísl: D046968 (1M)
Druh: lihový
Měřicí rozsah: -40°C+40°C
Typ: závěsný
Výrobce:

Teplota okolí: 21,7°C

Použitý etalon: Ama - digit ad3000th
Výrobce: Amarell
Výr.čís: No.173
evidenční čísl: D0605516-000

Pro použitý etalon vystaven kalibrační list č.6036-KL-E520-07 vystavený ČMI OI Brno.
Platnost kalibrace použitého etalonu končí dne 3.12.2010.

Kalibrační postup: OJ-M/TE 12/08

Výsledky měření:

Údaj etalonu t(°C)	Údaj teploměru t(°C)	Nejistota U (°C)
-5	-5	0,7
0	0	0,7

Datum vystavení: 6.1.2009

Karel Filip
Odbor jakosti - metrologie

Nejistota měření:

Uvedená rozšířená nejistota U je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$.
Pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-4/02.