

PROTOKOL O PREVENTIVNÍ KONTROLE ODSTŘEDIVKY

Číslo protokolu : 809165107-4

1. Měřený přístroj

1.1 Název / Výrobce	Laboratorní odstředivka / HETTICH (SRN)		
1.2 Typ	UNIVERSAL 32R	1.3 Rok výroby / Rotor	2000 / 1617
1.4 Výrobní číslo	0002073	1.5 Evidenční číslo	1019055-000

2. Uživatel

2.1 Obchodní jméno	Fakultní nemocnice Olomouc			
2.2 Adresa	I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc			7 7 5 PSC 2 0
2.3 Umístění přístroje	Olomouc, HLA Laboratoř - serologie II, dv. č. A F191180			

3. Měřicí přístroje

3.1 Měření otáček	Digitální stroboskop Lutron	typ	DT-2236	výr.č.	L462836
3.2 Měření teploty	Digitální teploměr AHLBORN	typ	Almemo	výr.č.	H04120008
3.3 Senzor teploty	Odporové čidlo PT 100	typ	ZA 9030-FS1	označení	H04120008/M1
3.4 Měření času	Stopky JVC	typ	ST2214.1	označení	P-CA-012
3.5 Měř. elektrických parametrů	Zkušební přístroj pro revize el. předmětů	typ	PU184 Delta	výr.č.	131092069

4. Kontrola technického stavu a funkce

	stav	funkce
4.1 Kontrola umístění přístroje a napájecího napětí	bez závad	- - -
4.2 Kontrola pláště a víka odstředivky (panty, plynové vzpěry, elektrický zámek víka)	bez závad	bez závad
4.3 Kontrola stavu pracovního prostoru (senzory, těsnění, kryt motoru apod.)	bez závad	- - -
4.4 Kontrola průchodnosti filtru ventilátoru chladicího výměníku (pouze chlazené modely)	bez závad	- - -
4.5 Vizuální kontrola stavu rotoru, pouzder a vložek	bez závad	bez závad
4.6 Kontrola funkce ovládacích prvků a funkcí přístroje	bez závad	bez závad
4.7 Kontrola blokování víka při odstředování a při výpadku sítě	- - -	bez závad
4.8 Kontrola funkce spínače "IMBALANCE"	- - -	bez závad
4.9 Kontrola údaje otáčkoměru odstředivky a přesnosti timeru	- - -	bez závad
4.10 Kontrola teploty v pracovním prostoru pro používané hodnoty (pouze chlazené modely)	- - -	bez závad
4.11 Kontrola elektrických parametrů dle ČSN EN 61010-1 (U_{SITE} , R_{ISO} , R_{PE} , I_D)	229V / >20MΩ / 0,157Ω / 1,52mA	

5. Závěr

Přístroj v době měření splňuje specifikace výrobce a svými parametry vyhovuje požadavkům uživatele.

Přístroj v době měření splňuje požadavky harmonizované normy ČSN EN 61010-1 na bezpečnost laboratorních přístrojů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Registrační osvědčení ČMI číslo	1 0 0 - O R - 0 0 3 0 - 0 8
Číslo zakázky	3 0 / 2 0 0 8 / 0 6 4 7
Měřil a zpracoval technik	Michal Bednář
Datum měření	1 6 0 9 2 0 0 8
Datum vydání protokolu	1 6 0 9 2 0 0 8

16.9. 2008 *Bednář* SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Servisní oddělení ©
Videňská 1398/124, 148 00 Praha 4
DIČ: CZ25065939
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Videňská 124, 148 00 Praha 4
DATUM, PODPIS, RAZÍTKO