

KONTROLNÍ PROTOKOL č.: * 000099 ze dne: 1.12.2008

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku podle zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Antonín Prucek
Žižkov 326
783 45 Senice na Hané
IČO: 48775550
Tel.: 585 947 278

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

DIS 0803 358

Zákazník:	Název / typ přístroje		
FN Olomouc	Stenokard / HS 2014		
Umístění přístroje	Výrobní číslo/ rok výroby		
Imunologie - umyvárna	83 188 / 1983		
Výrobce: CRIPRAA Země: ČR	Inventurní číslo: I 014 124 - 000		
Napětí: 220 V	Poh. přívod: ano/ne, délka 2 m	Příkon: 3000 VA/W	Třída ochrany: I

Kontrolní bezpečnostně technická prohlídka (KBTP):

Byla provedena KBTP přístroje ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. 552.

Závěr:

ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení, odzkoušení a posouzení splnění technických požadavků stanovených pro zdravotnický prostředek.

Přístroj (JE / NEJ) plně funkční a (SCHOPEN / NESCHOPEN) bezpečného provozu.

Samolepka o termínu příští kontroly vylepena: ano/ne*

Číslo doporučení ČES 33.03.95, k normám ČSN EN 60601-1

Elektrická bezpečnost – měření odpor ochr. vodiče unikající proud přechodový odpor PA ¹⁾ izolační odpor	☒ vyhovuje	zjištěno: 0,05 Ω
	☒ vyhovuje	zjištěno: 0,66 mA
	☐ vyhovuje	zjištěno: — Ω
	☒ vyhovuje	zjištěno: >20 M Ω

Použitá měřidla

MEDITEST 50 ev. číslo 976 632

Termín příští KBTP:

Prosinec 2009

Datum vystavení protokolu:	Jméno technika:	Razítko
A.J. 1.12.2008	Smrček F.	SELET ② servisní oddělení Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané

Protokol převzal dne:

1.12. 2008 Daryl

¹⁾ neměří se ve všech případech

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

Ústav imunologie

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111
Přednosta: Prof. MUDr. Evžen Weigl CSc.

počet příloh: 0