

KONTROLNÍ PROTOKOL č.: * 000100 ze dne: 1.12.2008
o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku podle zák. č. 123/2000Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Antonín Prucek
Žižkov 326
783 45 Senice na Hané
IČO: 48775550
Tel.: 585 947 278

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

DIC 0803 358

Zákazník: FN Olomouc	Název / typ přístroje Sterilizátor / HS 61A
Umístění přístroje Imunologie - umývárna	Výrobní číslo/ rok výroby 83551 / 1983
Výrobce: CHIRAM Země: ČR	Inventurní číslo: I015 49-000
Napětí: 220 V Poh. přívod: ano/ne, délka 2 m	Příkon: 200 VA/W Třída ochrany: I

Kontrolní bezpečnostně technická prohlídka (KBTP):

Byla provedena KBTP přístroje ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. 552.

Závěr:

ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení, odzkoušení a posouzení splnění technických požadavků stanovených pro zdravotnický prostředek.

Přístroj (JE / ~~NENÍ~~) plně funkční a (SCHOPEN / ~~NESCHOPEN~~) bezpečného provozu.

Samolepka o termínu příští kontroly vylepena: ano/ne*

Číslo doporučení ČES 33.03.95, k normám ČSN EN 60601-1

Elektrická bezpečnost – měření		
odpor ochr. vodiče	☒ vyhovuje	zjištěno: 007 Ω
unikající proud	☒ vyhovuje	zjištěno: 0,30 mA
přechodový odpor PA ¹⁾	☐ vyhovuje	zjištěno: — Ω
izolační odpor	☒ vyhovuje	zjištěno: >20 M Ω

Použitá měřidla

MEDITEST 50 ev. číslo 976 632

Termín příští KBTP:

Prosinec 2009

Datum vystavení protokolu: 1.12.2008	Jméno technika: Smolík F.	Razítko a podpis: SELET servisní oddělení Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané
---	------------------------------	---

Protokol převzal dne: 1.12.2008

¹⁾ neměří se ve všech případech

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC 41/28
Ústav imunologie
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111
Přednosta: Prof. MUDr. Evžen Weigl CSc.

počet příloh: 0