

K a l i b r a č n í l i s t

Datum vystavení: 16. 1. 2009

C003274-000

Josef Balcárek Váhoservis Olomouc

1. Zadavatel zkoušky : Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova, Olomouc

2. Měřidlo : Váha gramová-převážka

2.6 Místo : Imunologie

2.1. Druh : měřidlo hmotnosti II třídy

2.2 Výrobce typ : AND FA- 200G

2.3 Výrobní číslo : výr.č. 5029422 Ev.č.C003274-000

2.4 Horní mez váživosti : 200 g

2.5 Hodnota dílku : e 0,01g d 0,001g

3 Výsledek měření

3.1 Teplota vzduchu 23°C vlhkost vzduchu 45%

3.2 Střední kvadratická chyba opakovatelnosti při zatížení 100g = 0,001g

3.3 Tabulka naměřených hodnot

Zatížení v g	Údaje hmotnosti při stoupajícím zatížení v g
0	0
1	1,000
5	4,999
20	20,000
50	50,000
100	100,000
200	200,004

4. Použité etalony

Použité etalony hmotnosti 100mg-1kg a Etalonové závaží je III řádu a má ověřovací list č. 7100-KL-Z313-08 vydaný ČMI Olomouc a navazuje na etalony 2 řádu ČMI Olomouc

Kalibraci provedl Josef Balcárek
Martin Balcárek

16. 1. 2009

Josef BALCÁREK
VÁHOSERVIS OLOMOUC
OPRAVY, PRODEJ VÁH A PORADEN
J. Jabůrkové 1, 779 00 OLOMOUC
Tel.: 585 415 183, mobil: 606 563 602
IČO: 10618911, DIČ: CZ370755415