HOSPIMED spol.s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Tel.: 225 00 15 11
Fax.: 225 00 15 22

HOSPIMED

Bezpečnostní technická kontrola

dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném zně

Zákazník: FN OLOMOUC COS - Urologie - OP-05

Objednávka zákazníka:

Přístroj: VIO 300

Typ: 10140-000

Výrobní číslo: 11223909

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☐

Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,03 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,22 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) 0,002 mA

Funkční testy:

Jas: 10

Hlasitost systému: 8

Hlasitost tlačítek: 8

Nastavení neutrální elektrody: libovolný

Datum a čas ☒

Displej - světlo pozadí ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce CUT/COAG ☒

Dálkově ovládaná změna programu ☒

Zkouška ručního ovládání:

Cut/Coag ☒

Mode - výběr ☐

Rozpoznání instrumentu:

Rozpoznání instrumentu přes rezistor ☐

Rozpoznání intsrumentu přes EEPROM ☐

Test start monitoru:

Bipolar Auto Start ☒

Test stop monitoru:

Auto Stop Bipolar ☒

Auto Stop MF ☐

Test stop monitoru jiskry:

70 Vdc mezi AE a NE ☒

Výstupní výkon CUT:

AUTOCut eff8, 300 W, RL=500 Ohm: 298 W

DRYCUT, eff8, 200 W, RL=500 Ohm: 210,9 W

BipolarCUT, eff8, 100 W, RL=500 Ohm: 93,8 W

Výstupní výkon COAG:

BipolarForcedCoag, eff2, 90 W, RL=200 Ohm: 86,1 W

SOFTCOAG, eff8,200 W,RL=50 Ohm: 225,7 W

SWIFTCOAG, eff8, 200 W,RL=500 Ohm: 204 W

FORCEDCOAG,eff4, 120 W,RL=500 Ohm: 120,5 W

SPRAYCOAG 116,7

Funkční testy Upgradů:

BiClam ☐

PreciseCut, eff8,50 W, R=500 Ohm: W

PreciseCoag,eff 8, 50W,RL=50 Ohm: W

TwinCoag, eff8, 200 W, 500 Ohm: W

EndoCut ☐

Test NE monitoru:

NE monitor odpor ☒

NE monitor proudová hustota ☒

NE monitor symetrie ☒

Poznámka

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřící přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055

HF 150 v.č.: 1069HF300V3.1E

Datum kontroly: 11. 8. 06

Příští kontrola: 08/2007

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853

Technik: