

PROTOKOL

o prověření zdravotnického prostředku dle §
52,odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb.

1. Popis zdravotnického prostředku.identifikace:

Název ZP: <i>Turniket pro bezkrevné operace</i>	Typ: <i>PRESS 1</i>
Výrobní číslo: <i>Inv.číslo:1017356</i>	Rok výroby: <i>1992</i>
Výrobce: <i>ENERGOSTROJ Chvaletice</i>	

2. Provozovatel:Fakultní nemocnice Olomouc Centrální operační sály 5,6

Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc ,I.P.Pavlova 6 ,Olomouc

Pracoviště,umístění: Centrální operační sály 5,6

3. Slovní vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku:

Úroveň vlastností prověřovaného zdravotnického prostředku **vyhovuje** technickým předpisům a normám stanovených výrobcem (na základě protokolu-záznamu o měření, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) a je možné jej nadále používat při poskytování zdravotní péče.

4. Termín následného prověření:

Datum následného prověření:

12/2008


5. Identifikace prověřovatele: 28441 A/05

Název autorizovaného servisu:František Hojsák	
Prověření ZP provedl: František Hojsák	dne: 29,12,2007
Protokol vystavil: František Hojsák	dne: 29,12,2007

Chvaletice

29.12.2007

Črta a podpis


SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSÁK
Kolínská 358, 533 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120089
Tel.: 777 694 165

Záznam o provedeném měření při BTK přístroje PRESS1

akultní nemocnice Olomouc

Popis:

kontrola tlakové části včetně předvolby

nast.	analog	digital	cejchovní
20	22	21,5	21
30	32	31	32
40	42,5	42,5	41
50	52	52	51
60	62	63	63
70	71,5	75	73
80	83	82	84
90	92	92	92

pozn. ukazatel digitálu zobrazuje do 99.

Kontrola přetlak ventilu 130kPa

OK

kontrola signalizace a zobrazení

světelná signalizace

-všechny prvky svět. signalizace byly odzkoušeny

Bez závad

kontrola akustické signalizace

všechny prvky akust. signalizace včetně návazností

Bez závad

Kontrola nastaveného času

kontrola ve zkráceném módu

Bez závad
Vyhovuje bezpečnému provozu

El.revize

Přístroj vyhovuje a splňuje technické podmínky výrobce.

Měřeno dne :29.12.2007

Zapsal Hojsák

SERVIS A MONTÁŽE

FRANTIŠEK HOJSÁK

Kolínská 368, 593 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120089
Tel.: 777 694 165