

František Hojsák, Kolínská 358, Chvaletice 533 12

PROTOKOL

o prověření zdravotnického prostředku dle §
52, odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb.

1. Popis zdravotnického prostředku. identifikace:

Název ZP:	PRESS 1	Typ: PRESS 1
Výrobní číslo	17/91	Rok výroby: 1991
Výrobce:	EGO a.s. Chvaletice	
2. Provozovatel:	Centrální operační sály	
Evidenční číslo:	I 017356 - 000	

Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, PSČ : 772 20

Pracoviště, umístění: Centrální operační sály

3. Slovní vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku:

Úroveň vlastností prověřovaného zdravotnického prostředku vyhovuje technickým předpisům a normám stanovených výrobcem (na základě protokolu-záznamu o měření, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) a je možné jej nadále používat při poskytování zdravotní péče.

4. Termín následného prověření:

Datum následného prověření: 12/06

5. Identifikace prověřovatele: 28441 A/05

Název autorizovaného servisu: František Hojsák, Kolínská 358, Chvaletice 533 12	
Prověření ZP provedl: Hojsák	dne: 27.12.2005
Protokol vystavil: Hojsák	dne: 28.12.2005

V Chvaleticích Dne 28.12.2005

razítko a podpis
SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSÁK
Kolínská 358, 533 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120089
Tel.: 777 694 155

SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSAK
Kolínská 358, 533 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120089

PROTOKOL

o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle doporučení
ČEZ 33.03.95

Číslo: 17/91

TECHNIK:

SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSAK
Kolínská 358, 533 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120089
Tel.: 777 694 155

Provozovatel:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor hlavního mechanika
I.P.Pavlova 6 , 772 20 OLOMOUC

Typ měřicího přístroje:
KIORYTSU 6202
V.č.:1522

Protokol převzal dne:

Podpis:

Datum kontroly	Výrobní/let. číslo	Název typ	Zatížení	Odpor izolace	Odpor ochr. vodiče	Urukující proud (mA)						Kategorie používání	Výsledek měření	Výsledek	Termín další kontroly	Podpis							
						Síťová část		Síťová část		Síťová část							Přístupná část						
						metoda	I(mA)	metoda	I(mA)	metoda	I(mA)						metoda	I(mA)					
27/12. 2005	17/91	PRESS 1	II.a	200	0.02	N	0.82	metoda	I(mA)	metoda	I(mA)	metoda	I(mA)	I	II.a	Bez závad	V	12/06	hojsak				

(1) Uved'te : N - měření náhradního unikajícího proudu
U - přímé měření unikajícího proudu
R - měření rozdílového proudu

(2) Uved'te: V - schopen bezpečného provozu
A - není schopen bezpečného provozu

Servisní záznam



Jméno a příjmení zákazníka: FN OLOMOUC

Adresa zákazníka, telefon:

Typ kotle / výrob. / datum výroby:

Datum prodeje / datum spuštění:

Datum registrace záručního listu dle B / (datum odevzání záručního listu):
(včetně v případě, že se liší od data výroby)

Datum 1. roční prohlídky / datum 2. roční prohlídky:
(tj. záruční podmínky)

Druh servisní činnosti:

- 1. Technická pomoc
- 2. Uvedení do provozu
- 3. Záruční oprava
- 4. Pozáruční oprava
- 5. Pravidelná roční prohlídka
- 6. Záruční oprava MD

Závuka běží do:

Podmínka pro záruku:

Popis a příloha závady:

W. EL. 013/91

Koncovka 611/141

EV. č. 10143576 - 000

Spotřebovaný materiál a MD:

V04150 - Závazný minimální výrok za údržbu

Objednací číslo	Název	Zákl. cena	Cena vč. DPH
	Záruka = 0,024 - 1 = 120A		
	Rp = 0,02 - 003 - 2		
	512 M100		
	VEL = 0224 3/2 = 00		
Provedené práce:		Celkem:	

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ
KYORITSU 6202 č. 1922

Položka	Název	Zákl. cena	Cena vč. DPH
1	Práce na místě - kontrola	9,57 Kč	OK
20	ANALYZY 30 21,5 Kč	21,50	25,40
30	53 39,8	39,80	47,76
40	44 42,1	42,10	50,91
50	52 52,5	52,50	63,52
60	66 63,0	63,00	76,83
Náklady na dopravu a ztrátu času:		Celkem:	

Trasa	Pásmo	Náklady na provoz	Ztráta času	Náklady celkem
Trasa Olomouc - Olomouc				

Datum účtu: 1. března 1991
 Oprava zahájena v: 10:00 hod
 Oprava ukončena v: 11:00 hod
 Servisní firma (razítka): HOJNÁK

Celkový součet bez DPH: Kč
 5% DPH: Kč
 15% DPH: Kč
 Celkový součet vč. DPH: Kč

FRANTISEK HOJNÁK
 KUMKÁŘSKÁ 35A, 585 12 ŠMALETICE
 IČO: 400 04 001, DIČ: CZ660000000

Servisní měření provedeno podle předpisů výrobce, je prováděn kontrolou všech nastavení a měření podle předpisů výrobce a za všechny záruční podmínky výrobce byly dodrženy.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že výrobek je podle předpisů součástí a jeho užívání uloženo a se způsobem provedení servisního zásahu. Všechny záruční podmínky výrobce byly dodrženy.

Všechny přílohy dle
 Příloha 1 - OK
 Příloha 2 - OK
 Příloha 3 - OK
 Příloha 4 - OK
 Příloha 5 - OK
 Příloha 6 - OK
 Příloha 7 - OK
 Příloha 8 - OK
 Příloha 9 - OK
 Příloha 10 - OK
 Příloha 11 - OK
 Příloha 12 - OK
 Příloha 13 - OK
 Příloha 14 - OK
 Příloha 15 - OK
 Příloha 16 - OK
 Příloha 17 - OK
 Příloha 18 - OK
 Příloha 19 - OK
 Příloha 20 - OK
 Příloha 21 - OK
 Příloha 22 - OK
 Příloha 23 - OK
 Příloha 24 - OK
 Příloha 25 - OK
 Příloha 26 - OK
 Příloha 27 - OK
 Příloha 28 - OK
 Příloha 29 - OK
 Příloha 30 - OK
 Příloha 31 - OK
 Příloha 32 - OK
 Příloha 33 - OK
 Příloha 34 - OK
 Příloha 35 - OK
 Příloha 36 - OK
 Příloha 37 - OK
 Příloha 38 - OK
 Příloha 39 - OK
 Příloha 40 - OK
 Příloha 41 - OK
 Příloha 42 - OK
 Příloha 43 - OK
 Příloha 44 - OK
 Příloha 45 - OK
 Příloha 46 - OK
 Příloha 47 - OK
 Příloha 48 - OK
 Příloha 49 - OK
 Příloha 50 - OK
 Příloha 51 - OK
 Příloha 52 - OK
 Příloha 53 - OK
 Příloha 54 - OK
 Příloha 55 - OK
 Příloha 56 - OK
 Příloha 57 - OK
 Příloha 58 - OK
 Příloha 59 - OK
 Příloha 60 - OK
 Příloha 61 - OK
 Příloha 62 - OK
 Příloha 63 - OK
 Příloha 64 - OK
 Příloha 65 - OK
 Příloha 66 - OK
 Příloha 67 - OK
 Příloha 68 - OK
 Příloha 69 - OK
 Příloha 70 - OK
 Příloha 71 - OK
 Příloha 72 - OK
 Příloha 73 - OK
 Příloha 74 - OK
 Příloha 75 - OK
 Příloha 76 - OK
 Příloha 77 - OK
 Příloha 78 - OK
 Příloha 79 - OK
 Příloha 80 - OK
 Příloha 81 - OK
 Příloha 82 - OK
 Příloha 83 - OK
 Příloha 84 - OK
 Příloha 85 - OK
 Příloha 86 - OK
 Příloha 87 - OK
 Příloha 88 - OK
 Příloha 89 - OK
 Příloha 90 - OK
 Příloha 91 - OK
 Příloha 92 - OK
 Příloha 93 - OK
 Příloha 94 - OK
 Příloha 95 - OK
 Příloha 96 - OK
 Příloha 97 - OK
 Příloha 98 - OK
 Příloha 99 - OK
 Příloha 100 - OK

Dodací list

<p><u>Dodavatel:</u></p> <p>František Hojsák Kolínská 358/4 533 12 Chvaletice</p> <p>Tel.: 466985562 777 694 155</p> <p>IČO: 400 948 04 DIČ: 250-5509120089</p>	<p><u>Odběratel:</u></p> <p>Fakultní nemocnice Olomouc</p> <p>I.P.Pavlova 6 OLOMOUC 772 20</p> <p>IČO odběratele: DIČ odběratele:</p>
<p><u>Objednávka Telefonicky</u></p> <p>Variabilní symbol: 6001011 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol:</p> <p>Datum vystavení: 17.5.2006 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.5.2006</p>	<p><u>Konečný příjemce:</u></p> <p>Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika I.P.Pavlova 6 OLOMOUC 772 20</p>

Označení dodávky	Počet ks/m	Kč/j	Výrobní (sériová) čísla
BTP včetně el.rev.	1500,-		Přístroj PRESS1 inv.číslo 2000 101 7JJB - 000
Cesta	177*2*8=2832,-		
součet	4332,-		
Popis:			
kontrola tlakové části včetně předvolby			
nast.	analog	digital	cejchovní
20	22	21,5	22
30	33	31,8	33
40	43	42,5	42
50	52	52	51
60	61	63,5	61
70	72	75	72
80	82	82,5	82
90	90	92	90
kontrola signalizace a zobrazení			
světelná signalizace			
-všechny prvky svět.			
		signalizace byly odzkoušeny	Bez závad
kontrola akustické signalizace			
všechny prvky akust. signalizace			
		včetně návaznosti	Bez závad
Kontrola nastaveného času			
		kontrola ve zkráceném módu	Bez závad
		El.revize	Vyhovuje bezpečnému provozu
pozn.ukazatel digitálu zobrazuje do 99. Kontrola přetlak ventilu 130kPa OK			
Přístroj vyhovuje a splňuje technické podmínky výrobce.			

SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSÁK
 Kolínská 358, 533/12 CHVALETICE
 IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120089
 Tel.: 777 694 155