

Protokol

**o periodické bezpečnostně-technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP)
dle zákona 346/2003 Sb., 123/2000 Sb. a dle ČSN 60601**

Název přístroje: Mycí a dezinfekční automat	Inventární číslo: I017722-00
Majitel přístroje: FN Olomouc odd.Centrální sály I.P.Pavlova 6 Olomouc 772 00	Kategorie používání: D

Výrobce: Miele & Cie.KG, Německo				Rok výroby:		Výrobní číslo: 16/18327129	
Typové označení: G7782 CD	U _N * (V) 400	I _N * (A) 16	P _N * (W) 9,7	Třída ochrany: I			

Datum kontroly	Podmínky měření			Odpor ochranného vodíče u tř. I (Ω)	Izolační stav – náhradní měření					
	Sestava 1)	Délka (m)	Materiál síťového přívodu		Síťová část- přístupná část		Síťová část- příložná část		Příložná část- přístupná část	
					Metoda 2)	I (mA)	Metoda 2)	I (mA)	Metoda 2)	I (mA)
30.10. 2008	P	2,5	CY	0,063	R	7,8				

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Byla provedena kontrola funkcí přístroje dle doporučení výrobce a kontrola elektrické bezpečnosti přístroje.

Pro měření byly použity tyto přístroje:

Revex, v.č.512048

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům na tento přístroj kladeným a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce.

Stav ZP: **vyhovuje**

Termín další kontroly ZP: Říjen 2009

Dne: 30.10.2008

Předal: Kuklínek Petr
Miele, spol. s r.o.
Hněvkovského 81b
617 00 Brno

podpis: 

Převzal:

podpis: