

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc
	I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení:	Centrální operační sály
Přístroj:	Germicidní svítidlo
Typ	GK 30W
Výrobní číslo:	10/O
Inventární číslo:	---
Třída ochrany:	I.
Zdravotnické zařazení:	---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	☒	☐
Kontrola účinnosti trubic	☒	☐

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče
	0,10 Ω
	Izolační odpor
Účinnost UVC záření	200 M Ω
	Unikající proud
	0,01 mA
	230 – 280 nm
	22 mW/cm ²

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 21. 8. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 21. 8. 2009