

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení: Centrální operační sály
Přístroj: Germicidní svítidlo
Typ: GK 30W
Výrobní číslo: 13/O
Inventární číslo: ---
Třída ochrany: I.
Zdravotnické zařazení: ---

| Provedené testy, zkoušky, měření | Vyhovuje | Nevyhovuje |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Funkční zkouška | | |
| Vizuální kontrola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola účinnosti trubic | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bezpečnostní test – měření

| Měřená veličina | | Naměřeno |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Celkový unikající proud | El. impedance ochranného vodiče | 0,10 Ω |
| | Izolační odpor | 200 MΩ |
| | Unikající proud | 0,01 mA |
| Účinnost UVC záření | 230 – 280 nm | 22 mW/cm ² |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Použité měřicí přístroje: | - UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm |
| | - voltometr M 2012 |
| | - Meditest 50 |

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je **plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 21. 8. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 21. 8. 2009