

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520  
Oddělení: Centrální operační sály  
Přístroj: Germicidní svítidlo  
Typ: GK 30W  
Výrobní číslo: 25/O  
Inventární číslo: ---  
Třída ochrany: I.  
Zdravotnické zařazení: ---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola účinnosti trubic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče	0,11 $\Omega$
	Izolační odpor	200 M $\Omega$
	Unikající proud	0,02 mA
Účinnost UVC záření	230 – 280 nm	13,50 mW/cm <sup>2</sup>

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 5. 6. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 5. 6. 2009