

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení:	Centrální operační sály
Přístroj:	Germicidní svítidlo
Typ	GK 30W
Výrobní číslo:	28/O
Inventární číslo:	---
Třída ochrany:	I.
Zdravotnické zařazení:	---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
<b>Funkční zkouška</b>		
Vizuální kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola účinnosti trubic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče	0,13 $\Omega$
	Izolační odpor	200M $\Omega$
	Unikající proud	0,01 mA
Účinnost UVC záření	230 – 280 nm	11,89 mW/cm <sup>2</sup>

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Datum prohlídky: 5. 6. 2008

Podpis:

Datum další doporučené prohlídky: 5. 6. 2009

