

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: **FN OUMOU**
COS 4. PATRO

Objednávka zákazníka: **DIS 0702 676**

Přístroj: **ICC 350**

Typ: **10128-016**

Výrobní číslo: **F-3110**

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☒

Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,09 ohm**

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,08 mA**

Síťová část-přílohná část (max 0,05 mA) **0,000 mA**

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka ☒

LED svítí ☒

Displeje funkční ☒

Varovné tóny ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP ☒

Funkce pedálu s jednou šlapkou ☒

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG ☒

Zkouška autostartu:

Autostart BIP ☒

Autostart BIP, P>50W nelze ☒

Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP ☒

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): **289 W**

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **100 W**

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **105 W**

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%): **104 W**

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): **103 W**

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): **108 W**

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): **121 W**

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒

Dlouhá doba zapnutí ☒

NE kontrola=>zelená LED ☒

NE kontrola, proudová hustota ☒

NE kontrola, monitor symetrie ☒

Poznámka:

APC 300:

Typ: **10132-010**

Výrobní číslo: **B-2041**

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,08 ohm**

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,08 mA**

Síťová část-přílohná část (max 0,05 mA) **0,003 mA**

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 204026
HF 150 v.č.: 0040 HF 150

Datum kontroly: **7.12.2007**

Platnost do: **12/08**

Technik: **DAVID VOJÁK**