HOSPIMED spol.s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Tel.: 225 00 15 11
Fax.: 225 00 15 22

HOSPIMED

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FN OLOMOUC COS - chirurgie - OP-07

Objednávka zákazníka:

Přístroj: ~~ICC 300~~ MF 300

Typ: 10128-031 07

Výrobní číslo: B-1008

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☐

Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,14 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,06 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) 0,004 mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka ☒

LED svítí ☒

Displeje funkční ☒

Varovné tóny ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP ☒

Funkce pedálu s jednou šlapkou ☒

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG ☒

Zkouška autostartu:

Autostart BIP ☒

Autostart BIP, P>50W nelze ☐

Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): 285,3 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 96,6 W

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/152ohm(120+/-15%): 109,2 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): 104,1 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): 115,2 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): 110,8 W

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒

Dlouhá doba zapnutí ☒

NE kontrola=>zelená LED ☒

NE kontrola, proudová hustota ☒

NE kontrola, monitor symetrie ☒

Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřící přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055

HF 150 v.č.: 1069 HF300V31.E

Datum kontroly: 11. 8. 06

Platnost do: 08/2007

Technik: Eleos

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853