HOSPIMED spol.s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Tel.: 225 00 15 11
Fax.: 225 00 15 22

HOSPIMED

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FN OLOMOUC
COS 4. PATRO

Objednávka zákazníka: DIS0702676

Přístroj: **ICC 350**

Typ: 10129-016

Výrobní číslo: 01 F-2441
IO196918-000

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☑

Popisky jsou čitelné ☑

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm): 0,11 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA): 0,07 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA): 0,005 mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka ☑

LED svítí ☑

Displeje funkční ☑

Varovné tóny ☑

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP ☑

Funkce pedálu s jednou šlapkou ☑

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG ☑

Zkouška autostartu:

Autostart BIP ☑

Autostart BIP, P>50W nelze ☑

Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☑

Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP ☑

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): 313 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 105 W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 105 W

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120+/-15%): 111 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): 113 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): 107 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): 114 W

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT ☑

Dlouhá doba zapnutí ☑

NE kontrola=>zelená LED ☑

NE kontrola, proudová hustota ☑

NE kontrola, monitor symetrie ☑

Poznámka:

APC 300:

Typ: 10132-010

Výrobní číslo: B-4549
IO196916-000

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm): 0,09 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA): 0,07 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA): 0,004 mA

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřící přístroje MEDITEST 50 v.č.: 204 026
HF 150 v.č.: 0040 HF 150

Datum kontroly: 7. 12. 2007

Platnost do: 12/08

Technik: JOSEF NOVÁK

HOSPIMED spol. s r.o. ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA 130 00 Praha 3 Malešická 2251/51 Tel.: 225 001 511 Fax: 225 001 522