

**Protokol o periodické bezpečnostně - technické kontrole
elektrického přístroje**
(dle § 27 zákona č. 346 / 2003 sb.)

Název ZP : endoskopický laser
Typ : Photo Tome 5500
Výrobní číslo : 50G00125
Klasifikace ZP : II b (přístroj typu B)
Třída ochrany : I
Výrobce : B-K Medical A/S, Dánsko

Umístění : centrální operační sály
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC

Zkoušeno dle : ČSN EN 60601 – 1
Použitý přístroj : MEDITEST 50, v.č. 200 178 (poslední kalibrace v r.2005)
Provedl : Ing. Boris Kaleta
Datum provedení : 21. února 2007

Závěr : Přístroj vyhovuje požadavkům elektrické bezpečnosti a je schopen dalšího bezpečného provozu.

Lhůta další kontroly : rok 2008

Naměřené hodnoty :

1/ Elektrická pevnost - neprovádí se

2/ Přechodový odpor ochranného vodiče - nelze měřit, na vnějším krytu přístroje nejsou žádné vodivé části.

<u>3/ Unikající proud ochranným vodičem</u>	norm.	500 μ A
	reverz.	450 μ A
- v režimu jedné závady	norm.	740 μ A
	reverz.	0 μ A

V Olomouci dne 21. února 2007

Ill R.

MEDKONSULT, s.r.o.
Balcárkova 8, č. p. 1258
779 00 OLOMOUC
tel.: 585 414 511, 585 411 273
fax: 585 416 045
IČO: 47679522, DIČ: CZ47679522

Posouzení splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek

Název ZP: **Endoskopický laser**
Typ : **Photo Tome 5500**
Výr. číslo : **50G00125**
Příslušenství : **nožní spínač**
Umístění : **COS**
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC
Datum prohlídky : **21. února 2007**
Následná prohlídka : **v roce 2008**

Průběh a výsledek prohlídky :

Provedena běžná prohlídka přístroje spojená s jeho vyčištěním, celkovým seřízením a nastavením správných pracovních + kontrola činnosti.

Prohlídkou nebyla zjištěna žádná závada v ovládání ani činnosti přístroje. Úroveň vlastností přístroje vyhovuje technickým dokumentům podle nichž byl vyroben. Přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu.

Dne 18. ledna 2007

Vystavil : Ing. Boris Kaleta
vedoucí servisu

Boris Kaleta

MEDKONSULT, s.r.o.
Balcárkova 8, č. p. 1258
779 00 OLOMOUC
tel.: 585 414 511, 585 411 273
fax: 585 416 045
IČO: 47679522 DIČ: CZ47679522