

Protokol o periodické bezpečnostně - technické kontrole elektrického přístroje

(dle § 27 zákona č. 346 / 2003 sb.)

Výrobek : endoskopický laser
Typ : Photo Tome 5500
Výrobní číslo : 50G00125
Umístění : Urologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Třída ochrany : II a
Výrobce : B-K Medical A/S, Dánsko
Zkoušeno dle : ČSN EN 60601 – 1
Použitý přístroj : MEDITEST 50, v.č. 200 178 (poslední kalibrace v r.2005)
Provedl : Ing. Boris Kaleta
Datum provedení : 25. listopadu 2005
Závěr : **Přístroj vyhovuje požadavkům elektrické bezpečnosti a je schopen dalšího bezpečného provozu.**
Lhůta další kontroly : rok 2006

Naměřené hodnoty :

1/ Elektrická pevnost - neprovádí se

2/ Přechodový odpor ochranného vodiče – nelze měřit, na vnějším krytu přístroje nejsou žádné vodivé části.

<u>3/ Unikající proudy</u> - do země	norm.	460 μ A
	reverz.	440 μ A
- režim jedné závady	norm.	710 μ A
	reverz.	0 μ A

V Olomouci dne 25. listopadu 2005

JKR

MEDKONSULT, s.r.o.
zastoupení B - K Medical A/S, Dánsko
Thomayerova 10
779 00 OLOMOUC
tel. 585 414 511, 585 411 273
fax 585 416 045

Prověření stavu zdravotnického prostředku
(dle § 52 zákona č. 346 / 2003 sb.)

Název ZP: **Endoskopický laser**

Typ : **Photo Tome 5500**

Výr. číslo : **50G00125**

Příslušenství : **uzv snímač 8562, v.č. 1800481**
termotiskárna Sony UP-890 v.č. 28344

Umístění : **COS OP V, VI**
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC

Datum prověření : **25. listopadu 2005**

Průběh a výsledek prohlídky :

Provedena prohlídka přístroje včetně kontroly funkčnosti.

Prohlídkou nebyla zjištěna žádná závada v ovládání přístroje.

Úroveň vlastností přístroje vyhovuje technickým dokumentům podle nichž byl vyroben. Přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu.

Dne 25. listopadu 2005

Vystavil : Ing. Boris Kaleta
vedoucí servisu

BK

MEDKONSULT, s.r.o.
zastoupení B - K Medical A/S, Dánsko
Thomayerova 10
779 00 OLOMOUC
tel. 585 414 511, 585 411 273
fax: 585 416 045