

Protokol o periodické bezpečnostně - technické kontrole elektrického přístroje

(dle § 27 zákona č. 346 / 2003 sb.)

Název ZP : endoskopický laser
Typ : Photo Tome 5500
Výrobní číslo : 50G00125
Klasifikace ZP : II b (přístroj typu B)
Třída ochrany : I
Výrobce : B-K Medical A/S, Dánsko

Umístění : centrální operační sály
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC

Zkoušeno dle : ČSN EN 60601 – 1
Použitý přístroj : MEDITEST 50, v.č. 200 178 (poslední kalibrace v r.2005)
Provedl : Bc. Radek Učík
Datum provedení : 21. listopadu 2008

Závěr : Přístroj vyhovuje požadavkům elektrické bezpečnosti a
je schopen dalšího bezpečného provozu.

Lhůta další kontroly : listopad 2009

Naměřené hodnoty :

1/ Elektrická pevnost - neprovádí se

2/ Přejímový odpor ochranného vodiče - nelze měřit, na vnějším krytu přístroje
nejsou žádné vodivé části.

3/ Unikající proud ochranným vodičem

- v režimu jedné závady

norm.	470 μ A
reverz.	450 μ A
norm.	740 μ A
reverz.	0 μ A

V Olomouci dne 21. listopadu 2008

Posouzení splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek

Název ZP: Endoskopický laser
Typ : Photo Tome 5500
Výr. číslo : 50G00125
Příslušenství : nožní spínač
Umístění : centrální operační sály
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC
Datum prohlídky : 21. listopad 2008
Následná prohlídka : listopad 2009

Průběh a výsledek prohlídky :

Provedena běžná prohlídka přístroje spojená s jeho vyčištěním, celkovým seřízením a nastavením správných pracovních + kontrola činnosti.

Prohlídkou nebyla zjištěna žádná závada v ovládání ani činnosti přístroje.
Úroveň vlastností přístroje vyhovuje technickým dokumentům podle nichž byl vyroben. Přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu.

Dne 21. listopadu 2008

Vystavil : Bc. Radek Učík
vedoucí servisu

 MEDKONSULT, s.r.o.
Balcárkova 8, č. p. 1258
779 00 OLOMOUC
tel.: 585 414 511, 585 411 273
fax: 585 416 045
IČO: 47209532 DIČ: CZ47670532