



**Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje**

Poskytovatel zdravotní péče: *FLU OLOMOUC*

Umístění ZP: *COS - TRAUMATOLOGIE*

Inv.č.: *017216-000*

Název ZP: *OPERAČNÍ MIKROSKOP*

Typ: *OPMI 6 SDFC/SJ*

Výrobce: *CARL ZEISS*

Výr.č.: *172716*

Druh kontroly a měření:	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje	<i>DIKNE VOLE</i>
stav elektrických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje	
stav optiky	vyhovuje / nevyhovuje	
kontrola el. Bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 200 325	vyhovuje / nevyhovuje	
Celkový stav přístroje	vyhovuje / nevyhovuje	

pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: *4.1.2008*

Zhotovitel: Carl Zeiss spol.s r.o.

Kontrolu provedl: Vejražka Kamil

Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
DIČ: CZ49356691
Tel.: (+420) 233 101 221
Fax: (+420) 233 101 223
4.1.2007

Razítko a podpis