

I 015416



Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

Poskytovatel zdravotní péče: FN Olomouc, I.P. Pavlova 6

Umístění ZP: centrální operační sály 1.p.

Inv.č.:

Název ZP: operační mikroskop OPMI 6

Typ: OPMI 6 SDFC XY

Výrobce: Carl Zeiss

Výr.č.: 172716

Druh kontroly a měření:	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje	
stav elektrických a elektronických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje	
stav optiky	vyhovuje / nevyhovuje	
kontrola el. Bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 207 005	vyhovuje / nevyhovuje	
Celkový stav přístroje	vyhovuje / nevyhovuje	

pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 27.3.2009

Zhotovitel: Carl Zeiss spol.s r.o.

Kontrolu provedl dne: 27.3.2008
Beutelschmidt Pavol

Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201/ 150 00 Praha 5
DIČ: CZ49356691
Tel.: (+420) 233 101 221
Fax: (+420) 233 101 223

Razítko a podpis