

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení: Centrální operační sály
Přístroj: Neuromonitor
Typ: Cleo
Výrobní číslo: 1035-04
Inventurní číslo: 1022463-000
Třída ochrany: I.
Zdravotnické zařazení: CF

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
----------------------------------	----------	------------

Funkční zkouška

Vizuální kontrola
Mechanická kontrola ovládacích prvků
Optická kontrola sloupového indikátoru EMG signálu
Zvuková kontrola EMG signálu
Kontrola funkce zařízení Docubox
Kontrola elektrod a kabelů

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno
Celkový unikající proud	Síťová část - přístupné části
	0,03 mA
	Síťová část - příložené části
	0,001 mA
	Příložená část – přístupné části
	0,01 mA
	El. impedance ochranného vodiče
	0,15 Ω

Použité měřicí přístroje:	- osciloskop Tektronix (TM) 515
	- tester EKG 1V, 1mV
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik:

Podpis:



Datum prohlídky: 11. 11. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 11. 11. 2009