

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE:		Un = 250 V	Pn = 100 W
TŘÍDA OCHRANY: II			
SESTAVA:	☐	přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))	
	☒	přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce...5.....m	
	☐	přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I):			ohm
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒	síťová část - přístupná část N = 0,00 mA U = 0,00 mA R = 0,06 mA (max 1mA)	
	☒	síťová část - příložná část N = 0,009 mA U = 0,002 mA (max 0,5mA)	
	☒	přístupná část - příložná část R = 0,004 mA (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50		ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:		vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:		vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:			
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje			
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE:		7/2007	
KONTROLU PROVEDL:		ALFAMEDIC s.r.o. Tř. 5. května 458 873 72 Lišov IČO: CZ00513008	
V Opatovci		DNE 27.7.2006 podpis	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:		Fakultní nemocnice Olomouc J.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 852 739 Vedoucí lékař MUDr. J.M. Halama	