

Periodická bezpečnostně tech.kontrola zdravotnického prostředku

Hypokramed, spol. s r.o.

Servisní středisko

Plzeňská 113

150 00 PRAHA 5

Telefon: 255739401-3

Fax: 255739404

Email: hypokramed@hypokramed.cz

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

DO 8811

SAP: 12149

ZÁKAZNÍK :

FN Olomouc

COS překladač zařízení

Katalogové číslo :

1944.0000

Výrobní číslo :

SN 00015

Roční preventivní prohlídka :

Podle doporučení výrobce provedena pravidelná preventivní prohlídka,

kontrola a seřízení op.stolu

Závěr:

Ve smyslu §27a28 odst. 5 zákona 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení a odzkoušení dle doporučení výrobce a :

Přístroj (JE / ~~NEJ~~) plně funkční a (SCHOPEN / ~~NE~~SCHOPEN) bezpečného provozu.

Datum nahlášení :	16. 11. 2003
Datum provedení :	17. 1. 2004
Doba prohlídky (poč. započatých hodin) :	15
Poznámky:	Přístři kontrola 17. 1. 04
Vzdálenost do místa opravy (ujeto km) :	—
Doba strávená na cestě (hod) :	—

Jméno technika :

L. UHLÍŘ

HAKOM

fer

Razítko a podpis zákazníka

Hypokramed s.r.o.

Plzeňská 113

150 00 Praha 5

Leoš Uhlíř

Razítko a podpis servisní organizace