

## Protokol o technické kontrole 128/2008

**Přístroj:** *Quantim B 22*  
**Výrobce:** *SciCan*  
**Sériové číslo:** *030901047525*  
**Inventární číslo:** *I5022594-000*  
**Třída ochrany:** *I B*

**Pracoviště:** *Fakultní nemocnice Olomouc*  
centrální operační sály  
I. P. Pavlova 6  
Olomouc, 775 00  
**IČO:** 00098892  
**DIČ:** CZ00098892

Dne 16.12.2008 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Současně byla provedena kontrola elektrického spotřebiče přístrojem Illko Revex 2051, SN:0501448. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

$R_p$ při 10A [ $\Omega$ ]:	0,13
$I_{PE}$ [mA]:	0,27
$R_{iso}$ [M $\Omega$ ]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 16.12.2009.

V Novém Jičíně dne 18.12.2008

Ing. Roman Bělík  
servisní technik  
Askin & Co. s.r.o.