

Periodická bezpečnostně tech.kontrola zdravotnického prostředku

Hypokramed, spol. s r.o.
Servisní středisko
Plzeňská 113
150 00 PRAHA 5
Telefon: 255739401-3
Fax: 255739404
Email: hypokramed@hypokramed.cz

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

DO RPM

ZÁKAZNÍK :

FN Olomouc

COS sal č.3 chirurgie

Katalogové číslo :

M50. 01A1

Výrobní číslo :

SN: 01644

Roční preventivní prohlídka :

Podle doporučení výrobce provedena pravidelná preventivní prohlídka,

kontrola a seřízení op.stolu

Doporučena výměna zdrojových baterií
v op. stole

Závěr:

Ve smyslu §27a28 odst. 5 zákona 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení a
odzkoušení dle doporučení výrobce a :Přístroj (JE / ~~NE~~) plně funkční a (SCHOPEN / ~~NE~~) bezpečného provozu.

Datum nahlášení :	16.11.2006
Datum provedení :	18.1.2007
Doba prohlídky (poč. započatých hodin) :	14
Poznámky:	Přísti kontrola 18.1.07
Vzdálenost do místa opravy (ujeto km) :	/
Doba strávená na cestě (hod) :	/

Jméno technika :

L. UHLÍŘ

HAWK
Ken

Razítko a podpis zákazníka

Hypokramed s.r.o.
Plzeňská 113
150 00 Praha 5
Deoř Uhlíř

Razítko a podpis servisní organizace