


ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01



příloha 250

Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 28-07-255	Inventární číslo : IO 20066
Přezkoušel: Ing.Josef Kovář Číslo oprávnění: 12437/9/06/EZ-M,O,R,Z-E2/B	Výrobní číslo: ML501R 0900 01D579 Výrobce: Martin Medizin-Technik
Uživatel/vlastník: FN Olomouc COS 01	Druh přístroje: operační světlo Přístroj-typ: ML 501R Rok výroby: 2001 Datum instalace:
Zkušební předpis: VDE 0750 <input type="checkbox"/> VDE 0751/IEC 60601-1 <input checked="" type="checkbox"/> Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. <input checked="" type="checkbox"/> po opravě <input type="checkbox"/>	
Výsledek zkoušky:	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu-použité přístroje : a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2007 b/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2007 c/ Intenzita světla-MAVOLUX digital výr.č.:OB57839, kalibr.protokol :10/00	
<input type="checkbox"/> 2. Zjištěné závadné body:	
<input type="checkbox"/> 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán.	
<input type="checkbox"/> 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad.	
<input type="checkbox"/> 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby-datum odstranění:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> 6. ZP je bezpečný a funkční, vyhovuje ustanovení §52 odst.3,pro ZP klas.tř. I a IIa.	
<input type="checkbox"/> 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6,pro ZP klas.tř.IIb. a III.	
<input checked="" type="checkbox"/> 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti,schopné bezpečného provozu	
Datum: 06-2007 Podpis:	Příští prohlídka připadá na: 06-2008



Revizní protokol: 28-07-255		Typ přístroje: ML501 R				Výrobní číslo: ML501R090001D579																																			
V souladu s předpisy výrobce je kontrola zaměřena na revizi následných částí:		vyhovuje/rameno				nevyhovuje				odpadá kontr.	poznámky																														
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.																																
1.	typový štítek ,návod k použití, popis přístroje	x	x								Předepsané hodnoty : <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>Svitivost Ec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ML101</td><td>10-20klx</td></tr> <tr><td>ML201</td><td>25-38klx</td></tr> <tr><td>ML301</td><td>30-40klx</td></tr> <tr><td>ML501</td><td>70-95klx</td></tr> <tr><td>ML701</td><td>97-110klx</td></tr> <tr><td>ML701</td><td>120-135klx</td></tr> <tr><td>ML702</td><td>145-160klx</td></tr> <tr><td>ML1001</td><td>125-145klx</td></tr> </tbody> </table> -na kontaktech při max.svitivosti : <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>Napájecí napětí</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ML301</td><td>13,5 Vac</td></tr> <tr><td>ML501e</td><td>24-40Vdc</td></tr> <tr><td>ML701e</td><td>24-40Vdc</td></tr> <tr><td>ML702HX</td><td>24-27V dc</td></tr> <tr><td>ML1001E</td><td>24-40Vdc</td></tr> </tbody> </table>	model	Svitivost Ec	ML101	10-20klx	ML201	25-38klx	ML301	30-40klx	ML501	70-95klx	ML701	97-110klx	ML701	120-135klx	ML702	145-160klx	ML1001	125-145klx	model	Napájecí napětí	ML301	13,5 Vac	ML501e	24-40Vdc	ML701e	24-40Vdc	ML702HX	24-27V dc	ML1001E	24-40Vdc
model	Svitivost Ec																																								
ML101	10-20klx																																								
ML201	25-38klx																																								
ML301	30-40klx																																								
ML501	70-95klx																																								
ML701	97-110klx																																								
ML701	120-135klx																																								
ML702	145-160klx																																								
ML1001	125-145klx																																								
model	Napájecí napětí																																								
ML301	13,5 Vac																																								
ML501e	24-40Vdc																																								
ML701e	24-40Vdc																																								
ML702HX	24-27V dc																																								
ML1001E	24-40Vdc																																								
2.	Přezkoušení vyrovnání potenciálu-R vedení	x																																							
3.	mobilní světlo (max.0,3 ohm)																																								
4.	pevné(stropní,nástěnné) světlo (max.0,3 ohm)	0,3																																							
5.	Přezkoušení stropní konstrukce a nos. ramen	x	x																																						
6.	stabilita nástěnné/stropní konstrukce	x	x																																						
7.	poškození nosných /výložných/ ramen	x	x																																						
8.	funkce nosných /výložných/ ramen	x	x																																						
9.	funkce mechanických a magnet brzd	x	x																																						
10.	Přezkoušení tělesa reflektorů	x	x																																						
11.	funkční kontrola dle návodu k použití	x	x																																						
12.	kontrola nasvíceného pole	x	x																																						
13.	kontrola fokuzace	x	x																																						
14.	kontrola bezpečnostního skla a segmentů filtru	x	x																																						
15.	kontrola steril.držadla	x	x																																						
16.	intenzita nasvícení pole	x	x																																						
17.	naměřená hodnota: 75 klux	x																																							
18.	napájení světla dle jmenovitého zatížení	x	x																																						
19.	přepnutí ze sítě na baterie/záložní systém/	x	x																																						
20.	naměřená hodnota napětí	x	x																																						
21.	na snímacích kontaktech : 24 Vdc	x	x																																						
22.	na fokuzacním adaptéru: Vdc								x																																
23.	Všeobecně :	x	x																																						
24.	kontrola provedla provozní test a potvrdila funkční stav	x	x																																						
25.	<input checked="" type="checkbox"/> jednotlivá měření-																																								
26.	BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71,ser.č.:0008053368									<input type="checkbox"/> Graf																															
27.	příloha – periodická revize elektro																																								
28.	<input checked="" type="checkbox"/> vizuální kontrola pracovních částí zařízení, kontrola zapojení přívodních kabelů a ochranných krytek,dotažení uchycení																																								
Poznámka :																																									
Přístroj ke kontrole do: 06-2008						kým: FN Olomouc- COS																																			

