



Doklad o bezpečnostní kontrole zdravotnického prostředku (dle zák.č.346/2003 Sb.)		Celkové hodnocení Vyhovuje																					
Zdravotnické zařízení <i>FH Oromare Centralní op. rož.</i>		Příloha k servisnímu výkazu Č.: <i>2007 0111/02</i>																					
Zdravotnický prostředek																							
Identifikační č.: <i>002</i> Značka, typ: <i>Stile low pressure tourniquet</i> Druh spotřebiče: <i>přístroj pro bezbolestnou fixaci</i> Výrobní číslo: <i>4-1181</i> Inventurní číslo: <i>I 20403</i> Rok výroby: <i>2003</i>		Třída ochrany: Skupina: Jmenovitý proud: Jmenovité napětí: Jmenovitý příkon: Délka přív. šňůry:																					
Budova: Oddělení: <i>COS</i> Místnost: <i>rož. č. 516</i>		<i>pneumatikový přístroj</i>																					
Prohlídka provedena s výsledkem:		Zkouška chodu provedena s výsledkem:																					
Poznámky: <i>kontrola stavu tytu přístroje</i> <i>kontrola správnosti a regulace</i> <i>kontrola tlakové manometry</i> <i>kontrola tlakových hadic</i>		Poznámky: <i>Funkční i ložiska</i> <i>- přístroj je plně funkční</i>																					
Měření provedeno s výsledkem: (dle ČSN 332140, ČSN-EN 606-01-1 a doporučení ČES 330395)																							
<table border="0"> <tr> <td>Přechodový odpor</td> <td>Rp 200 mA:</td> <td>Ω</td> </tr> <tr> <td>Přechodový odpor</td> <td>Rp 10A:</td> <td>Ω</td> </tr> <tr> <td>Izolační odpor</td> <td>Riso 500V:</td> <td>MΩ</td> </tr> <tr> <td>Náhradní unikající proud</td> <td>Iu:</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>Proud ochranným vodičem</td> <td>Ipe:</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>Rozdílový proud a dotykový proud</td> <td>Idelta:</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba (Příkon)</td> <td>P:</td> <td>VA</td> </tr> </table>		Přechodový odpor	Rp 200 mA:	Ω	Přechodový odpor	Rp 10A:	Ω	Izolační odpor	Riso 500V:	MΩ	Náhradní unikající proud	Iu:	mA	Proud ochranným vodičem	Ipe:	mA	Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	mA	Spotřeba (Příkon)	P:	VA	Použité přístroje a platnost kalibrace Typ: REVEX 2051 Výrobní č.: 0501354 Č.kalib.listu: 870/06 Platnost do 14.3.2008 Typ: REVEX RM 2050 Výrobní č.: 4030220 Č.kalib.listu: 871/06 Platnost do 14.3.2008 Poznámky:
Přechodový odpor	Rp 200 mA:	Ω																					
Přechodový odpor	Rp 10A:	Ω																					
Izolační odpor	Riso 500V:	MΩ																					
Náhradní unikající proud	Iu:	mA																					
Proud ochranným vodičem	Ipe:	mA																					
Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	mA																					
Spotřeba (Příkon)	P:	VA																					
Celkové hodnocení: Zdravotnický elektrický přístroj je v pořádku a je schopen bezpečného provozu.																							
Poznámky:																							
Bezpečnostní zkouška provedena dne: 11.1. 2007 Termín příští kontroly do: 11.1. 2008																							
Protokol byl vystaven dne: <i>11.1. 2007</i>		Razítko a podpis:																					
Technik: <i>Ervin Ševců</i>		<i>ALINEX</i> - KACOVSKA spol. s r.o. Roháčova 76, 130 00 PRAHA 3 Kancelář - provozovna: Jana Masaryka 26, 120 35 PRAHA 2 IČO: 14892359 DIČ: CZ14892359																					
Firma: Alinex spol. s r.o. Roháčova 76 130 00 Praha 3 IČO: 14892359 DIČ: CZ14892359																							

Doklad o bezpečnostní kontrole zdravotnického prostředku (dle zák.č.346/2003 Sb.)		Celkové hodnocení VYHODUJE																					
Zdravotnické zařízení FH Olomouc COS		Příloha k servisnímu výkazu Č.: 2007 01 11 / 02																					
Zdravotnický prostředek																							
Identifikační č.: 002 Značka, typ: Stile Low Pressure Turniquet Inventurní číslo: Z 20403 Druh spotřebiče: přístroj pro bezkrvinnou operaci Výrobní číslo: 1-1189 Rok výroby: 2003		Třída ochrany Skupina: Jmenovitý proud: Jmenovité napětí: Jmenovitý příkon: Délka přív. šňůry: není rozřazen do třídy jedná se o pracovní křídlo přístroje																					
Budova: Oddělení: COS Místnost: seř. č. 5a6																							
Prohlídka provedena s výsledkem: Poznámky: kontrola fyzika přístroje - vyhovuje kontrola spínače a reg. prvků - vyhovuje kontrola tlakové manžety - vyhovuje kontrola přírodních kůže - vyhovuje kontrola baterie 1,5V - vyhovuje		Zkouška chodu provedena s výsledkem: Poznámky: kontrola funkce - vyhovuje																					
Měření provedeno s výsledkem: (dle ČSN 332140, ČSN-EN 606-01-1 a doporučení ČES 330395)																							
<table border="0"> <tr> <td>Přechodový odpor</td> <td>Rp 200 mA:</td> <td>Ω</td> </tr> <tr> <td>Přechodový odpor</td> <td>Rp 10A:</td> <td>Ω</td> </tr> <tr> <td>Izolační odpor</td> <td>Riso 500V:</td> <td>MΩ</td> </tr> <tr> <td>Náhradní unikající proud</td> <td>Iu:</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>Proud ochranným vodičem</td> <td>Ipe:</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>Rozdílový proud a dotykový proud</td> <td>Idelta:</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba (Příkon)</td> <td>P:</td> <td>VA</td> </tr> </table> nebylo měřeno		Přechodový odpor	Rp 200 mA:	Ω	Přechodový odpor	Rp 10A:	Ω	Izolační odpor	Riso 500V:	MΩ	Náhradní unikající proud	Iu:	mA	Proud ochranným vodičem	Ipe:	mA	Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	mA	Spotřeba (Příkon)	P:	VA	Použité přístroje a platnost kalibrace Typ: REVEX 2051 Výrobní č.: 0501354 Č.kalib. listu 870/06 Platnost do 14.3.2008 Typ: REVEX RM 2050 Výrobní č.: 4030220 Č.kalib. listu 871/06 Platnost do 14.3.2008 přístroje nebyly prováděny Poznámky:
Přechodový odpor	Rp 200 mA:	Ω																					
Přechodový odpor	Rp 10A:	Ω																					
Izolační odpor	Riso 500V:	MΩ																					
Náhradní unikající proud	Iu:	mA																					
Proud ochranným vodičem	Ipe:	mA																					
Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	mA																					
Spotřeba (Příkon)	P:	VA																					
Celkové hodnocení: z uvedených přístrojů je vše funkční a vyhovuje Poznámky: bez porénního provozu																							
Bezpečnostní zkouška provedena dne: 11. 1. 2007 Termín příští kontroly do: 11. 1. 2008																							
Protokol byl vystaven dne: 11. 1. 2007 Technik: Eřmír Javodav Ing.		Razítko a podpis: 																					
Firma: Alinex spol. s r.o. IČO: 14892359 Roháčova 76 DIČ: CZ14892359 130 00 Praha 3																							

ALINEX - KÁČOVSKÁ spol. s r.o.
 Roháčova 76, 130 00 PRAHA 3
 Kanceláře - provozovna:
 Jana Masaryka 26, 120 35 PRAHA 2
 IČO: 14892359 DIČ: CZ14892359

Doklad o bezpečnostní kontrole zdravotnického prostředku (dle zák.č.346/2003 Sb.)		Celkové hodnocení <i>VYHOVUJE</i>
Zdravotnické zařízení <i>FH Olomouc</i> <i>COS</i>		Příloha k servisnímu výkazu Č.: <i>2007 01 11 / 02</i>
Zdravotnický prostředek		
Identifikační č.: <i>002</i> Značka, typ: <i>Stile Low Pressure Turniquet</i> Inventurní číslo: <i>I 20403</i> Druh spotřebiče: <i>přístroj pro beztlakovou oprařování</i> Výrobní číslo: <i>1-1189</i> Rok výroby: <i>2003</i> Budova: Oddělení: <i>COS</i> Místnost: <i>sál. č. 5 a 6</i>		Třída ochrany: Skupina: Jmenovitý proud: Jmenovité napětí: Jmenovitý příkon: Délka přív. šňůry: <i>není rozřazen</i> <i>do třídy</i> <i>jedna se o</i> <i>provozovní příkon</i>
Prohlídka provedena s výsledkem:		Zkouška chodu provedena s výsledkem:
Poznámky: <i>kontrola bezpečnosti přístroje - vyhovuje</i> <i>kontrola správnosti a reg. prvků - vyhovuje</i> <i>kontrola hlášení marnosti - vyhovuje</i> <i>kontrola přírodních hmot - vyhovuje</i> <i>kontrola baterie 1,5V - vyhovuje</i>		Poznámky: <i>kontrola funkce - vyhovuje</i>
Měření provedeno s výsledkem: (dle ČSN 332140, ČSN-EN 606-01-1 a doporučení ČES 330395)		
Přechodový odpor Rp 200 mA: Ω Přechodový odpor Rp 10A: Ω Izolační odpor Riso 500V: $M\Omega$ Náhradní unikající proud Iu: mA Proud ochranným vodičem Ipe: mA Rozdílový proud a dotykový proud Idelta: mA Spotřeba (Příkon) P: VA <i>nebylo měřeno</i>		Použité přístroje a platnost kalibrace Typ: REVEX 2051 Výrobní č.: 0501354 Č.kalib. listu 870/06 Platnost do 14.3.2008 Typ: REVEX RM 2050 Výrobní č.: 4030220 Č.kalib. listu 871/06 Platnost do 14.3.2008 Poznámky: <i>přístroje nebyly porušeny</i>
Celkové hodnocení:		
Poznámky: <i>zdravotnický přístroj je plně funkční a vyhovuje bezpečnostním požadavkům.</i>		
Bezpečnostní zkouška provedena dne: 11. 1. 2007 Termín příští kontroly do: 11. 1. 2008		
Protokol byl vystaven dne: <i>11. 1. 2007</i> Technik: <i>Eřan Javorka Ing.</i> Firma: Alinex spol. s r.o. IČO: 14892359 Roháčova 76 DIČ: CZ14892359 130 00 Praha 3		Razítko a podpis:  ALINEX - KÁCOVSKÁ spol. s r.o. Roháčova 76, 130 00 PRAHA 3 Kanceláře - provozovna: Jana Masaryka 26, 120 35 PRAHA 2 IČO: 14892359 DIČ: CZ14892359

ALINEX - KÁCOVSKÁ spol. s r.o.
 Roháčova 76, 130 00 PRAHA 3
 Kanceláře - provozovna:
 Jana Masaryka 26, 120 35 PRAHA 2
 IČO: 14892359 DIČ: CZ14892359