

I. č. 1 019 167

ne kl.

OND 16603

Synthes, s.r.o.
Sibeliova 39 Praha 6
Česká Republika 162 00



PROTOKOL

e.číslo: 045
ze dne: 24.10.2005

O PROVEDENÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Zákazník: FN OLOMOUC I. P. PAVLOVA 6 OLOMOUC 775 20	Stroj, nástroj: VRTAČKA CAD II Výrobní číslo: 511. 701 Číslo šarže: 15307 A Datum výroby: 14.3.2001 Posl. kontrola: -
Na základě zákona 123/2000 sb. v aktuálním znění byla u výše uvedeného zdravotnického prostředku provedena standardní bezpečnostně technická kontrola podle instrukcí výrobce. S ohledem na účel použití: ☒ ZP je funkční a bezpečný ☐ ZP je bezpečný, ale jeho funkčnost je omezena z důvodů fyzického opotřebení, doporučujeme jeho opravu ve firemním servisním centru. ☐ ZP není funkční a bezpečný	
Nápravná opatření / doporučení: Pravidelné kontroly, pečlivé čištění + olejsování	
Servisní technik: Richard Zápotočský Datum: 24.10.2005	Příští kontrola do: 10 / 2007

Společnost Synthes, s.r.o. je registrována jako distributor a servisní organizace, ve smyslu zákona č. 123/2000 sb. Na Ministerstvu Zdravotnictví ČR.