

Synthes,s.r.o.
Sibeliova 39 Praha 6
Česká Republika 162 00



PROTOKOL

e.číslo: 070
ze dne: 28.12.2005

O PROVEDENÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Zákazník: FN OLOMOUC I PPAVLOVA 6 OLOMOUC 775 20	Stroj,nástroj: VZDUCHOVÁ VZTAŽKA CAD II
	Výrobní číslo: 511.701
	Číslo šarže : 12574
	Datum výroby: 19.1.1997
	Posl.kontrola: 2/2004
Na základě zákona 123/2000 sb.v aktuálním znění byla u výše uvedeného zdravotnického prostředku provedena standardní bezpečnostně technická kontrola podle instrukcí výrobce. S ohledem na účel použití: ☒ ZP je funkční a bezpečný O ZP je bezpečný,ale jeho funkčnost je omezena z důvodů fyzického opotřebení,doporučujeme jeho opravu ve firemním servisním centru. O ZP není funkční a bezpečný	
Nápravná opatření / doporučení : pravidelně olejovat	
Servisní technik : Richard Zápotocký	Příští kontrola do : 12/2007
Datum: 28.12.2005 	

Společnost Synthes, s.r.o. je registrována jako distributor a servisní organizace, ve smyslu zákona č.123/2000 sb. Na Ministerstvu Zdravotnictví ČR.