

Synthes,s.r.o.
Radlická 740/113c Praha 5 158 00
Česká Republika 162 00



PROTOKOL

e.číslo: 496
ze dne: 30.8.2007

O PROVEDENÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Zákazník: FN OLOMOUČ I.P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUČ	Stroj,nástroj: vrtáčka vzduchová Micro Drive
	Výrobní číslo: 512.101
	Číslo šarže : 1464
	Datum prodeje: 1998
	Posl.kontrola: 15.12.05 (BTK z. 062/05)
Na základě zákona 123/2000 sb.v aktuálním znění byla u výše uvedeného zdravotnického prostředku provedena standardní bezpečnostně technická kontrola podle instrukcí výrobce. S ohledem na účel použití: ☒ ZP je funkční a bezpečný O ZP je bezpečný,ale jeho funkčnost je omezena z důvodů fyzického opotřebení,doporučujeme jeho opravu ve firemním servisním centru. O ZP není funkční a bezpečný Nápravná opatření / doporučení : - pravidelný servis	
Servisní technik : Richard Zápotocký Richard Zápotocký Zákaznický servis, Synthes, s.r.o.	Příští kontrola do : 8 / 2008
Datum: 30. 8. 2007	

Společnost Synthes, s.r.o. je registrována jako distributor a servisní organizace, ve smyslu zákona č.123/2000 sb. Na Ministerstvu Zdravotnictví ČR.