

Synthes, s.r.o.
Radlická 740/113c Praha 5 158 00
Česká Republika 162 00



PROTOKOL

e.číslo: 496
ze dne: 30.8.2007

O PROVEDENÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Zákazník: FN OLOMOUC I. P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUC	Stroj, nástroj: Vrtáčka vzduchová Micro Drive
	Výrobní číslo: 512.101
	Číslo šarže: 1464
	Datum prodeje: 1998
	Posl. kontrola: 15.12.05 (RTK z. 062/05)
Na základě zákona 123/2000 sb. v aktuálním znění byla u výše uvedeného zdravotnického prostředku provedena standardní bezpečnostně technická kontrola podle instrukcí výrobce. S ohledem na účel použití: ☒ ZP je funkční a bezpečný ☐ ZP je bezpečný, ale jeho funkčnost je omezena z důvodů fyzického opotřebení, doporučujeme jeho opravu ve firemním servisním centru. ☐ ZP není funkční a bezpečný Nápravná opatření / doporučení: - pravidelný servis	
Servisní technik: Richard Zápotocký Richard Zápotocký Zákaznický servis, Synthes, s.r.o.	Příští kontrola do: 8 / 2008 Synthes, s.r.o. Radlická 740/113c, Praha 5 158 00 tel./fax: 220 517 450, 220 326 330 servis 22 288 326 331 DIC CZ25071190
Datum: 30.8.2007	

Společnost Synthes, s.r.o. je registrována jako distributor a servisní organizace, ve smyslu zákona č. 123/2000 sb. Na Ministerstvu Zdravotnictví ČR.