

1/8 2008

 Inv. č. 19763 2008
 Ev. č. I. 019763

- 1 -

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
 Kardiochirurgická klinika, Ambulance

Přístroj EKG

Typ MAC 5000

Výrobní číslo M1MP7071 I019763-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
x	☐	Auto test po zapnutí
x	☐	Test ovládacích tlačítek
x	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
x	☐	Test tiskárny
		Bezpečnostní test – měření


Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,07 mA
	Příložná část	0,008 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,13 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje **odpovídají** hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	200 341
------------------	---------

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	01.08.2008
Další doporučená periodická kontrola	08/2009

