

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc
	I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení:	Kardiochirurgická klinika-ambulance
Přístroj:	Germicidní svítidlo
Typ	GK 30W
Výrobní číslo:	AD201180
Inventární číslo:	AD201180
Třída ochrany:	I.
Zdravotnické zařazení:	---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	☒	☐
Kontrola účinnosti trubice	☒	☐

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče	0,15 Ω
	Izolační odpor	200 M Ω
	Unikající proud	0,01 mA
Účinnost UVC záření	230 – 280 nm	11,81 mW/cm ²

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 29. 5. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 29. 5. 2009