

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
Kardiochirurgická klinika
 Přístroj Defibrilátor 101 166 12
 Typ Responder 1100
 Výrobní číslo 101 094 878

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Test signalizace
☒	☐	Test akustické signály
☒	☐	Automatické vybití po 60 sec.
☒	☐	Test kardioverze
☒	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J
☒	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část 0,01 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část 0,008 mA	max. 0,05 mA

Kontrola energie defibrilačního výboje


Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1	1-3
5	4	4-6
7	6	6-8
10	9	8-12
20	19	18-22
30	29	28-32
50	51	47-53
100	102	93-107
200	206	185-215
300	310	278-322
360	373	333-387

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Tester defib. QED-5	v.č.	59971

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	11.5.2006
Datum další dop. kontroly	5/2007

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

INVENTÁRNÍ KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 12.2005

inventarizační nálezní
W VYSOUDILOVA

Inv.stř.: 0392 KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE

Nákladové středisko:

Klin:50 Odd:21 Podíl%:100,0

Název	Typ	Tř	JKPOV	Inv.číslo
DEFIBRILÁTOR	RESPONDER 1100	5	39700000	022907

Umístění:

Osobní užívání:

SKP: 3310

Účet PC :	02201	Doklad :010610	Int.doklad:INV.NÁLEZ	Délka :	40
PC: 145.000 DPH:	0	Č.f.a:	Technic.stav: 1	Šířka :	40
Oprávký :	0	Číslo HS :	Přemístitel.: 1	Výška :	20
Zůstat.cena :	145.000		Koef.směn. : 0	Hmotn. :	2
Roč.odp.sazba:	8,3	Odv.NH :870	Koef.využití: 0		
Měs.odpis :	0	Zp.poří : 0	Třída PZT : 0		
Roční oprávký:	0	Zp.využ. : 0	Period.rev. : 1		
Rok pův.poříz:	2005	Důležitost: 1	Vyrobena: 2001		
D.zař/mm.rrrr:	12.2005	Složitost : 2	El.příkon: 100		
D.ukon.odpisů:	12.2017	Druh PC : 0	Napětí : 230		

Výrobce:ZDE215	GE MEDICAL SYSTEMS	Výr.č.:1010944878
Dodav. :63991306	GE Medical Systems ČR,	Země :DE0 Garance:
Servis :63991306	GE Medical Systems ČR,	Dopl:

PROVEDENÉ ZMĚNY

Pořadí	Doklad	Období	Změna PC	Změna OPR	KZM	Úsek
0	010610	12.2005	145.000	0	1471	0392

