

1/8. 2008

 inv. č. 19745  
 EV.Č. I 022907 -

- 1 -

## Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

**Zákazník** FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
Kardiochirurgická klinika, Ambulance

**Přístroj** Defibrilátor

**Typ** Responder 1100

**Výrobní číslo** 101094878 I022907-000

| Vyhovuje | Nevyhovuje               | Provedené testy, zkoušky, měření.                      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| x        | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)           |
|          |                          | Funkční kontrola                                       |
| x        | <input type="checkbox"/> | Test ovládacích tlačítek                               |
| x        | <input type="checkbox"/> | Test signalizace                                       |
| x        | <input type="checkbox"/> | Test akustické signály                                 |
| x        | <input type="checkbox"/> | Automatické vybití po 60 sec.                          |
| x        | <input type="checkbox"/> | Test kardioverze                                       |
| x        | <input type="checkbox"/> | Test akumulátoru – 20 výbojů 360J                      |
| x        | <input type="checkbox"/> | Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec. |
|          |                          | Bezpečnostní test - měření                             |

| Měřená veličina         | Naměřeno       | Limit                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,01 mA<br>max. 0,5 mA   |
|                         | Příložná část  | 0,005 mA<br>max. 0,05 mA |

**Kontrola energie defibrilačního výboje**

| Nastavená energie | Naměřená hodnota | Povolená tolerance |
|-------------------|------------------|--------------------|
| 2                 | 1,6              | -3                 |
| 5                 | 4,8              | 4-6                |
| 7                 | 6,6              | 6-8                |
| 10                | 9,2              | 8-12               |
| 20                | 19,2             | 18-22              |
| 30                | 28,9             | 28-32              |
| 50                | 50,9             | 47-53              |
| 100               | 100              | 93-107             |
| 200               | 206              | 185-215            |
| 300               | 311              | 278-322            |
| 360               | 375              | 333-387            |

Výsledek prohlídky (závěr) :

 Parametry přístroje **odpovídají** hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je** plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Meditest 50 v.č.         | 200341 |
| Tester defib. QED-5 v.č. | 59971  |

Technik

Pavel Kovář

Podpis technika

Datum kontroly

  
 01.08.2008

Další doporučená periodická kontrola

08/2009



spol. s r.o.

IČO 48029360

DIČ 003-48029360

telefon +420 225 001 510

fax +420 225 001 522

e-mail medisap@medisap.cz

130 00 Praha 3, Na Rovnosti 5

## SERVISNÍ VÝKAZ

ČÍSLO

Objednávka zákazníka

ze dne

Kontaktní osoba

tel.

ZÁKAZNÍK

IČO

DIČ

FN OLOMOUC  
KARDIOCHIR. KL. AMB.

ZAŘÍZENÍ

Přístroj GE

v.č.

POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE

Souhlasím s předpokládaným rozsahem prací

Dne

Podpis zákazníka

Zařízení bylo převzato k dílenské opravě

Dne

Podpis přejímajícího

Předpokládaná cena opravy

Technik

KOVÁŘ

PROVEDENÉ PRÁCE

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA, VIZ. PŘÍLOŽENÉ  
PROTOKOLY

POUŽITÝ MATERIÁL

Označení

EKG

DEPIS 2 1100

Hodin

Sazba/hod

Cena (Kč)

Počet

Cena/jedn.

1  
1

CESTOVNÉ A DALŠÍ NÁKLADY

Km

Sazba/km

Cestovné

50

Další náklady celkem

UKONČENÍ PRÁCE

01.08.2008

Dne

Podpis technika

Celkem bez DPH

% DPH

CELKEM K ÚHRADĚ

Zákazník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce  
byly řádně objednány, provedeny a zákazníkem převzaty.  
Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

Dne

01.08.2008



