

PROTOKOL

o prověření funkcí a technického stavu zdravotnického prostředku kontrolou
ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000Sb. (§28, §52)

Vlastník: FN Olomouc		Město: Olomouc	
Ulice: I.P.Pavlova 6	PSČ: 775 20	Oddělení: Kardiochirurgická klinika, amb.	
Číslo objednávky: serv.sml.	Číslo CSO: 9963		

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nepozději	Poznámka
M2424A	US97809973	26. 03. 2008	I 019 669

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen testy podle metodiky výrobce v příslušném servisním manuálu. Těmto testům

VYHOVĚL a může být nadále používán k stanovenému účelu

K přístroji je používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno: Ing. Jan Richter

Datum: 26. 03. 2007

podpis + razítko

 **S&T Plus s.r.o.**
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 500

HVB Bank Czech Republic a.s.
č.ú. 49146 246/2700 - CZK
č.ú. 49146 860/2700 - EUR
Swiftcode: BACX CZPP

IČ: 2570 1576
DIČ: CZ2570 1576

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
oddíl C, vložka 62478
Městský soud v Praze

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

METRON QA-90 Safety Test Report

Operator	: JAN RICHTER		
Establishment	:		
QA-90 serial #	: 9251	Date:	3/26/2007
Firmware	: 03.49	Time:	17:58
Appliance Code	:	Serial Number	: US97809973
Manufacturer	: Agilent	Group	: 19669
Type	: Ultrazvukovy pristroj	Status	:
Model	: MM2424A	Location	: FN Olomouc, KCH kl., ambulance
Address 1	:	Address 2	: Olomouc
Equipment classification : CL1		Limits according to : IEC 60601.1	

TEST RESULTS

-- MODULE INFORMATION --

Module Code	Module Type	No of leads
SONDY.US	CF	1
EKG	CF	3

-- SETUP DATA --

Power Up Delay Time	: 5	Stop after new power config	: Yes
Stop at new module	: No	Stop before new power config	: Yes
Multiple Protective Earth Tests	: No	Multiple Enclosure Tests	: No
Protective Earth test current	: 25 A	External Isolating Transformer	: No

Test	Limit	Result	Warning
Supply Voltage			
N-G		0.8 V	
L-G		228.8 V	
L-N		227.8 V	
Current Consumption		4026 mA	
Protective Earth	200 mΩ	86 mΩ	
Insulating Resistance			
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Applied Part-Case		22 MΩ	
Mains-Case		>200 MΩ	
Earth Leakage Current			
OS	1000 μA	91 μA	
NC	500 μA	45 μA	
OS-RM	1000 μA	50 μA	
NC-RM	500 μA	46 μA	
Enclosure Leakage Current			
OS	500 μA	0 μA	
NC	100 μA	0 μA	
OE	500 μA	45 μA	
OS-RM	500 μA	0 μA	
NC-RM	100 μA	0 μA	



Signature : _____