

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**6660601**
Číslo protokolu*Název přístroje***Matrace Duo***Výrobní číslo přístroje***02AD0078***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***Ila***Umístění přístroje***Kardiochirurgická kl.***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 21/11/2006Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

11**2007****DARTIN**
s.r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
Tel: 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUC

KARDIOCHIRURG. 50B 50B JIP

TECHNIK

PEJČ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

666-06

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

OND 19390

ZE DNE

17.10.2006

UVEDENÍ DO PROVOZU

☒ MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☐ PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
		PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
02AD 0078	DVOJ MOTRACE - EV.Č. IO21 893-000	Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

NEFUNKČNÍ MOTRACE ZÁVADA NA OVLADACÍ, OPRAVA PEJČ OVLADACÍ, VÝMĚNA VADNÉ ZALOŽKI JATERIE, VÝMĚNA VADNÉHO DÍLU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY KOMPLETACE, PROVOZNI ZKOUŠKA DLE SERVISNÍHO MANUÁLU, BEZ ZÁVAD
--

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
2	704,-	588 km	8,10 Kč/km	3h 17m			

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
1780776	ZALOŽKA JATERIE	1	7800,-	7800,-	CEST. NÁKLADY
150ABD01	OVLADACÍ VENTIL	1	973,-	973,-	4762,8,-
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					1764,-
					ND + MATERIÁL
					8973,-
					MĚŘ. IZ. STAVU

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

50/41
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Kardiokirurgická klinika
LF Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 368
Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

3531
JIP - 50 B
2368
5T5

27.11.2006

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA

CELKEM V KČ
(BEZ DPH)

16404,80