

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Kardiochirurgická klinika, JIP 50B

Přístroj Defibrilátor

Typ Responder 1100

Výrobní číslo 101094876 I019746-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
x	☐	Test ovládacích tlačítek
x	☐	Test signalizace
x	☐	Test akustické signály
x	☐	Automatické vybití po 60 sec.
x	☐	Test kardioverze
x	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J
x	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,01 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,009 mA	max. 0,05 mA

Kontrola energie defibrilačního výboje

Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1,6	1-3
5	4,7	4-6
7	6,5	6-8
10	9,1	8-12
20	19,1	18-22
30	28,7	28-32
50	50,7	47-53
100	100	93-107
200	206	185-215
300	311	278-322
360	377	333-387

Výsledek prohlídky (závěr) :

 Parametry přístroje **odpovídají** hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	200341
Tester defib. QED-5 v.č.	59971

Technik

Pavel Kovář

Podpis technika

Datum kontroly

27.06.2008

Další doporučená periodická kontrola

06/2009