

PROTOKOL O KONTROLE

Druh kontroly (zakřížkujte):

- ☐ periodická preventivně bezpečnostní prověrka dle zák. č. 123/2000 Sb., v plat. znění
☒ kontrola po opravě

Zdravotnický prostředek:

Název ZP	Výrobce	Výrob. č.	Tř.	Uv. do provozu
Hemochron Model 501	ITC, USA	T16365-4	IVD	

- ☒ zdravotnický diagn. ☐ zdravotnický IVD ☐ ostatní
☒ elektrický ☐ neelektrický

Název a adresa poskytovatele zdravot. péče:

FN OLOMOUČ

Umístění zdravotnického prostředku, kontaktní osoba:

KCH - JIP

Zkoušeno dle ČSN EN:

- ☐ 60 601-1 ☐ 33 16 10 ☒ Předpis Euromedical ☐

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50, ITC Electronic verifik. tube, temp. calibrat. test tube HE 1001

Údaje o kontrolovaném ZP:

Napájení	☒ 1 fáz.	☐ 3 fáz	☒ bateriové	☐ z předepsaného zdroje
Třída ochrany	☒ I.	☐ II.	☐ III.	☒ + bateriové

Záznam o průběhu kontroly/prohlídky:

Měřený parametr	Jednotky	vyhovuje		vyhovuje
1. Verifikace měření času	100 s	✓	1. Vnější kryty, display	✓
2. Teplota test. komůrky	37,5 °C	✓	2. Ovládací a kontrolní prvky	✓
3. Přechod. odpor	0,09 Ω	✓	3. Přívody	✓
4. Isolační odpor	> 20 MΩ	✓	4. Indikátory	✓
5. Unikající proud	0,02 mA	✓	5. Varovné signály	✓
Zkouška funkčnosti provedena s výsledkem : ☒ vyhověl ☐ nevyhověl				

Zjištění, doporučení

--

ZÁVĚR PROHLÍDKY/KONTROLY:

☒ **Vyhověl**

Výše uvedený zdravotnický prostředek kontrole vyhověl, splňuje medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem, je v souladu s příslušnými technickými normami, je funkční a bezpečný pro určený účel použití.

Doporučený termín příští kontroly ZP: **do 12 měsíců od data poslední kontroly**

☐ **Nevyhověl** – důvody:

.....

Preventivní kontrolu provedl:

Jméno technika (hůlkově):	Podpis technika:
Ing. Jaroslav Mašín	

Přebírající svým podpisem stvrzuje, že přebírá prověřený zdravot. prostředek funkční a kompletní a stvrzuje převzetí tohoto protokolu.

V Praze dne: 16. 10. 05

EUROMEDICAL s.r.o.
Pod Fialkou 6, 150 00 Praha 5
DIČ: CZ41192913

.....
Ing. Jaroslav Mašín
EUROMEDICAL s.r.o., Pod Fialkou 6, Praha 5

V dne:

.....
Podpis a razítko poskytovatele ZP