



Edwards

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Kardiochirurgie
s.s. Drobiličová

Praha 29.05.2007

**Potvrzení o provedení pravidelné kontroly a údržby přístroje pro kontinuální měření
srdečního výdeje Edwards Vigileo**

Potvrzujeme provedení pravidelné kontroly a údržby přístrojů pro kontinuální měření srdečního výdeje Edwards Vigileo, v.č. VL000552 a VL003082.

Pravidelná kontrola a údržba přístrojů byla provedena autorizovanou servisní organizací **ALINEX Kácovská spol. s r.o., J. Masaryka 26, 120 35 PRAHA 2 tel./ fax: 224257865 a 222515291** a je prováděna vyškolenými technikami dle servisní dokumentace výrobce. Výsledky kontroly jsou uváděny v záznamu o kontrole, který je nedílnou součástí tohoto potvrzení. Při kontrole byly použity přístroje s platnými kalibračními listy, kalibračními značkami a speciální přípravky výrobce.

Datum provedení kontroly a údržby: 28.05.2007
Provedl: Petr Starý (autorizovaný technik)

Přístroj po kontrole a údržbě za oddělení
převzal: s.s. Drobiličová

Závěr kontroly: **Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci, pro níž bylo určeno.**
Doporučený termín příští kontroly: květen 2008

Za Edwards Lifesciences, AG: Petr Starý

Edwards Lifesciences AG,

organizační složka

Opletalova 55/1015, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 602 251, Fax: 221 602 256

Seznam použitých měřicích přístrojů:

- multimetr Metex, v. č. EB292527, č. kalib. listu KL001/2007, platnost do 01/2008
- FTB - Box, v.č. 16779
- revizní přístroj REVEX 2051 v.č. 0401263, č.kalib. listu 196/07, platnost do 01/2008
- ILB Simulátor, bez výrobního čísla