

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**870701**

Číslo protokolu

Název přístroje

V - Cue

Výrobní číslo přístroje

QC100155 ; 1019393

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

IIa

Umístění přístroje

Kardiochirurgie

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NE

Kontrola provedená dne: 12/02/2007

Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2

2008

DARTIN
spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

Tel. 241 470 361

IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

KARDIOCHIRURG. ODD. 503 JIP

TECHNIK

PERČ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

087-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

DO 8842

7. 12. 2006

UVEDENÍ DO PROVOZU



MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
		PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
9C 100 155	KATRAPE V-CUE (INV.Č. 1019393)	Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

Typ měřicího přístroje: „MEDITEST 50“ - Výrobní číslo: 976690; 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

NA ZÁKLADĚ TK BYLI ZJIŠTĚNY CHYBY NADHYPHADLE VZDUCHU, VADNÁ BATERIE, "Y" KONEKTOR A CHYBĚJÍCÍ SENZORY DOČNÍK VĚTNE KABELŮ, DEMONTÁŽ VADNÉHO DÝCHADLA VZDUCHU, MONTÁŽ NOVÉHO, VÝMĚNA VADNÉ BATERIE, VĚDÍCÍ JEDNOTKY, DOČNÍK CHYBĚJÍCÍ CH SENZORŮ DOČNÍK + KABELŮ, VÝMĚNA VADNÉHO "Y" KONEKTORU KATRAPE A KONEKTORU KATRAPE U VĚDÍCÍ JEDNOTKY, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA Kč
2	453,-	584h	8,50,-	584	320,-	1	292,-

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
030017 0026	DÝCHADLO	1	62 986,-	62 986,-		1506,-
419020 0033	SENZOR DOČNÍK - PRAVÁ STRANA	1	4 132,-	4 132,-	CEST. NÁKLADY	4 964,-
419020 0032	SENZOR DOČNÍK - LEVÁ STRANA	1	4 487,-	4 487,-	VÝJ. POPLATEK	
419020 0021	BATERIE	1	3 250,-	3 250,-	ZTRÁT. ČAS	1 868,-
4190100014	"Y" KONEKTOR	1	2 060,-	2 060,-	ND + MATERIÁL	9 198,-
419020 0019	KABEL OD VĚDÍCÍ JEDNOTKY-S.	1	6 819,-	6 819,-	MĚŘ. IZ. STAVU	292,-
419020 100	KONEKTOR KATRAPE	1	1438,-	1438,-		
35502	KABEL 250V	1	50,-	50,-		

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Kardiochirurgická klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 368
Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

5031
JIP - 50 B
2368
5TS

12. 2. 2007

CELKEM V Kč
(BEZ DPH)

100 610,80

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA