

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Kardiochirurgická klinika-JIP 50B
Přístroj	Transportní monitor životních funkcí	
Typ	SmartPac	
Výrobní číslo	K1JS6003G	
Inventární číslo	IO19761-000	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
x	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
x	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
x	<input type="checkbox"/>	Displeje
x	<input type="checkbox"/>	Kalibrace NIBP

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,46 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	
--------------------------	--

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 22.11.2007

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce