

FProtokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
 I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Přístroj Monitor životních funkcí

Typ SMARTPac

Výrobní číslo L12560756 inv. č. 1079760

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
☐	☒	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace, displej	
☐	☐		
☐	☐		
☐	☐		
Bezpečnostní test - měření			

Měřená veličina		Naměřeno		Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,1	mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,013	mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		520	MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		—	Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další
 používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 900 187	

Technik : JAN BALHÁŘEK

Provedeno dne : 20. 11. 2006

Podpis : Jaroslav Balhár

Datum příští kontroly : Po jednom roce