

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Nemocnice ve Frýdku-Místku
ul. Elišky Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek

Přístroj Monitor životních funkcí

Typ Solar 8000

Výrobní číslo L1RF82706 inv.č. 19759

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Displeje
☒	☐	Kalibrace NIBP
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,21 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,019 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,12 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další
 používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	900 187	

Technik : JAN BALHÁŘEK

Provedeno dne : 20.11.2006

Podpis : J. Balhářek

Datum příští kontroly : Po jednom roce